



PT. SINARINDO MANDIRI PERKASA

INSTRUKSI KERJA KALIBRASI

No. Dokumen: SMP-IKR-001, 1 September 2014. Rev. 0

Halaman 1 dari 3

Sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008

Status Dokumen

Nomor Salinan:	
Dokumen Terkendali	<input type="checkbox"/>
Dokumen Kadaluarsa	<input type="checkbox"/>
Dokumen Tidak Terkendali	<input type="checkbox"/>

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Disusun oleh			
Disahkan oleh			

Daftar Perubahan Dokumen

Revisi	Tanggal	Uraian yang diubah
0	1 September 2014	Untuk diimplementasikan

**SISTEM MANAJEMEN MUTU
PT. SINARINDO MANDIRI PERKASA**



PT. SINARINDO MANDIRI PERKASA

INSTRUKSI KERJA KALIBRASI

No. Dokumen: SMP-IKR-001, 1 September 2014. Rev. 0

Halaman 2 dari 3

1.0 LINGKUP

Prosedur ini merupakan persyaratan untuk mengontrol alat ukur, alat tes dan alat pemantauan yang digunakan oleh PT. Sinarindo Mandiri Perkasa.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Merupakan tanggung jawab Bagian Factory serta bagian terkait dalam mengimplementasikan prosedur ini.

3.0 DEFINISI

Kalibrasi: pengujian ulang dan berkala terhadap alat ukur dan alat pemantauan yang diselaraskan terhadap standar serta dicatat hasilnya.

4.0 KALIBRASI

4.1 Seluruh alat ukur dan alat pemantauan yang digunakan harus diidentifikasi pada saat penggunaannya. Kalibrasi untuk alat ukur dan alat pemantauan yang digunakan harus mengikuti prosedur kalibrasi yang relevan dengan menggunakan standar nasional dan atau internasional.

4.2 Seluruh alat ukur, alat tes dan alat pemantauan harus diidentifikasi dengan nomor serial, tipe, lokasi, frekuensi pemeriksaan dan kriteria keterimaan termasuk tanggal kalibrasi dan perbaruannya. Informasi ini direkam menggunakan formulir SMP-FRM-006.

4.3 Untuk memastikan hasil yang valid, maka:

- Dikalibrasi dan diverifikasi pada interval waktu tertentu,
- Dapat diatur serta diatur kembali,
- Dapat diidentifikasi dan diketahui status kalibrasinya, serta



PT. SINARINDO MANDIRI PERKASA

INSTRUKSI KERJA KALIBRASI

No. Dokumen: SMP-IKR-001, 1 September 2014. Rev. 0

Halaman 3 dari 3

- Ada pelindung untuk alat ukur dan tes tersebut untuk menghindari kerusakan dan perubahan pada saat pemakaian, perawatan dan penyimpanan.

4.4 Kalibrasi eksternal harus memiliki sertifikasi dari badan sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN - Komite Akreditasi Nasional, badan lainnya yang diakui oleh pemerintah atau sesuai dengan persyaratan.

4.5 Jika ditemukan alat ukur dan alat pemantauan tidak sesuai dengan persyaratan maka PT. Sinarindo Mandiri Perkasa harus mengambil tindakan terhadap peralatan atau produknya yang terkena dampak.

5.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul dari prosedur ini disimpan sebagai rekaman mutu.

6.0 REFERENSI

ISO 9001:2008

Klausul 7.6